

## EG-Konformitätserklärung

Für das folgend bezeichnete Erzeugnis:

### **Ultraschall-Volumengeber PolluFlow** ab Seriennummer 425xxxxx

wird hiermit bestätigt, daß es den wesentlichen Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die nach den zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Erklärung gültigen Fertigungszeichnungen hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:

Normengrundlage: EN 1434 Teil 4 April 1997, Umgebungsklasse C

Prüfspezifikation:

Überprüfung des elektronischen Wärmezählers in Anlehnung an EN 1434 Teil 4 (04/1997) und EN 61000-6-2 (08/2002) auf Basis:


EN 55022 B (11/2001)	EN 61000-4-5 (12/2001)
EN 61000-4-2 (12/2001)	EN 61000-4-6 (12/2001)
EN 61000-4-3 (03/2003)	EN 61000-4-8 (12/2001)
EN 61000-4-4 (07/2002)	EN 61000-4-11 (12/2001)

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller

Sensus Metering Systems GmbH Ludwigshafen  
Industriestr. 16  
67063 Ludwigshafen

abgegeben durch den Leiter der elektronischen Entwicklung H. Dipl.-Phys. Klaus Sobel.

Ludwigshafen, 20.06.2004

  
.....  
(Klaus Sobel)